



陕西省检验医学室间质量评价

证书

延安大学咸阳医院：

你单位检验科在2021年度全省尿液化学分析
室间质量评价活动中成绩合格。



陕西省临床检验中心
二零二一年十一月八日





陕西省临床检验中心

2021年全省尿液化学分析室间质量评价统计结果

实验室编码: 19050005
实验室名称: 延安大学咸阳医院

第2次 测定日期: 2021/9/8
总84次 统计日期: 2021/9/26

项目: 蛋白 g/L

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	4	1.0g/L (2+)	4	1.0g/L (2+)	100
			5	3.0g/L (3+)	
202122	1	阴性	1	阴性	100
202123	5	3.0g/L (3+)	4	1.0g/L (2+)	100
			5	3.0g/L (3+)	
202124	1	阴性	1	阴性	100
202125	5	3.0g/L (3+)	4	1.0g/L (2+)	100
			5	3.0g/L (3+)	

所属组 长沙爱威系列仪器 成绩 100%
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

项目: 葡萄糖 mmol/L

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	5	28mmol/L	4	14mmol/L	100
			5	28mmol/L	
202122	6	55mmol/L	5	28mmol/L	100
			6	55mmol/L	
202123	1	阴性	1	阴性	100
202124	6	55mmol/L	4	14mmol/L	0
			5	28mmol/L	
202125	5	28mmol/L	4	14mmol/L	100
			5	28mmol/L	

所属组 长沙爱威系列仪器 成绩 80%
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物



陕西省临床检验中心

2021年全省尿液化学分析室间质量评价统计结果

实验室编码: 19050005
实验室名称: 延安大学咸阳医院

第2次 测定日期: 2021/9/8
总84次 统计日期: 2021/9/26

项目: 胆红素

umol/L

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	5	+++ (大量)	4 5	++ (中量) +++ (大量)	100
202122	1	阴性	1	阴性	100
202123	1	阴性	1	阴性	100
202124	5	+++ (大量)	4 5	++ (中量) +++ (大量)	100
202125	1	阴性	1	阴性	100

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%

项目: 酮体

mmol/L

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	4	3-5mmol/L (中量)	4 5	3-5mmol/L (中量) 6-8mmol/L (大量)	100
202122	1	阴性	1	阴性	100
202123	1	阴性	1	阴性	100
202124	4	3-5mmol/L (中量)	4 5	3-5mmol/L (中量) 6-8mmol/L (大量)	100
202125	1	阴性	1	阴性	100

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%



陕西省临床检验中心

2021年全省尿液化学分析室间质量评价统计结果

实验室编码: 19050005

实验室名称: 延安大学咸阳医院

第2次

总84次

测定日期: 2021/9/8

统计日期: 2021/9/26

项目: 红细胞 个细胞/u1

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	4	50-150个/u1	4 5	50-150个/u1 200-300个/u1	100
202122	1	阴性	1	阴性	100
202123	5	200-300个/u1	4 5	50-150个/u1 200-300个/u1	100
202124	1	阴性	1	阴性	100
202125	5	200-300个/u1	4 5	50-150个/u1 200-300个/u1	100

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%

项目: 亚硝酸盐

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	1	阴性	1	阴性	100
202122	2	阳性	2	阳性	100
202123	1	阴性	1	阴性	100
202124	1	阴性	1	阴性	100
202125	2	阳性	2	阳性	100

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%

项目: 尿胆原 umol/L

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	4	131umol/L	4 5	131umol/L 197umol/L	100
202122	1	≤17umol/L	1	≤17umol/L	100
202123	1	≤17umol/L	1	≤17umol/L	100
202124	4	131umol/L	4 5	131umol/L 197umol/L	100
202125	1	≤17umol/L	1	≤17umol/L	100

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%



陕西省临床检验中心

2021年全省尿液化学分析室间质量评价统计结果

实验室编码: 19050005
实验室名称: 延安大学咸阳医院

第2次 测定日期: 2021/9/8
总84次 统计日期: 2021/9/26

项目: 白细胞定性 个细胞/u1

样本编号	结果编码	你室结果	结果编码	正确结果	PT得分(%)
202121	3	75-100个/u1	2	10-25个/u1	100
			3	75-100个/u1	
			4	125-250个/u1	
202122	1	阴性	1	阴性	100
202123	4	125-250个/u1	2	10-25个/u1	100
			3	75-100个/u1	
			4	125-250个/u1	
202124	1	阴性	1	阴性	100
202125	3	75-100个/u1	2	10-25个/u1	100
			3	75-100个/u1	

所属组 长沙爱威系列仪器
方法 仪器法
仪器 长沙爱威AVE-752
试剂 长沙爱威系列试纸条
校准物

成绩 100%

本次质评活动你室总平均成绩 98 %