



陕西省检验医学室间质量评价 证书

延安大学咸阳医院：

你单位检验科在 2020 年度全省尿液化学分析室间质量评价活动中成绩合格。



陕西省临床检验中心
二零二零年十二月八日





陕西省临床检验中心

2020年全省尿液化学分析室间质量评价汇总表

实验室编码: 19050005

第2次

测定日期: 2020/9/28

实验室名称: 延安大学咸阳医院

统计日期: 2020/10/19

项 目	2019年第2次 成绩汇总			2020年第1次 成绩汇总			2020年第2次 成绩汇总			当前解释	累积解释
	及格数	总数	得分%	及格数	总数	得分%	及格数	总数	得分%		
比重	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
pH	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
蛋白	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
葡萄糖	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
胆红素	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
酮体	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
红细胞	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
亚硝酸盐	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
尿胆原	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
白细胞定性	5	5	100	5	5	100	5	5	100	满意	成功
计分汇总	50	50	100	50	50	100	50	50	100	满意	成功
所有汇总	50	50	100	50	50	100	50	50	100	满意	成功