



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

校准证书

证书编号: XYhx20220027 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	呼吸机
型 号 / 规 格	Savina
出 厂 编 号	ASBD-0291
制 造 单 位	Drager
校 准 依 据	JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》

(校准专用章)



批准人	仲红梅
核验员	田静宇
校准员	仲红梅

校准日期 2022 年 03 月 02 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2018) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-38163105



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYhx20220027 号

本次校准所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
呼吸机综合质量检测仪	流量 (0.5~180) L/min; 呼吸频率 (0~1000) 次/分; 压力 (-15~15) kPa; 氧浓度 (21~100) %; 潮气量 (-10~10) L	流量 ± 0.05 L/min; 呼吸频率 ± 1 次/分; 压力 ± 0.01 kPa; 氧浓度 ± 1.0 %; 潮气量 ± 2.0 %	校准字第 202103010679 号	2022. 03. 28

溯源性: 本次校准使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

校准环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司 NICU

温度: 21°C 湿度: 42%RH 其他: ----

校准结果/数据

1. 外观及功能性检查 ☒ 符合要求 ☐ 不符合要求
2. 通气模式检查 ☒ 符合要求 ☐ 不符合要求
3. 潮气量 (mL)

设定值	呼吸机示值	测试仪示值	相对示值误差%	不确定度 $k=2$ $U=10$
400	395	366	8	

4. 呼吸频率 (次/分)

设定值	呼吸机示值	测试仪示值	相对示值误差%	不确定度 $k=2$ $U=0.2$
16	16	16.1	-1	

5. 气道峰压 (kPa)

设定值	呼吸机示值	测试仪示值	示值误差	不确定度 $k=2$ $U=0.04$
3.0	3.0	2.73	0.27	

6. 呼气末正压 (kPa)

设定值	呼吸机示值	测试仪示值	示值误差	不确定度 $k=2$ $U=0.04$
0.5	0.5	0.57	-0.07	

7. 吸气氧浓度 (%)

设定值	呼吸机示值	测试仪示值	示值误差	不确定度 $k=2$ $U=1.5$
60	60	57.3	2.7	

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的校准结果仅对所校准器具有效。