



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYbc20230056 号

送 检 单 位 延安大学咸阳医院有限公司

计 量 器 具 名 称 医用超声诊断仪超声源

型 号 / 规 格 IE33

出 厂 编 号 B009B5

制 造 单 位 飞利浦

检 定 依 据 JJG 639-1998 《医用超声诊断仪超声源》

检 定 结 论 合格

(检定专用章)

批准人 钟红梅

核验员 康玉斌

检定员 任文静

检定日期 2023 年 03 月 15 日

有效期至 2024 年 03 月 14 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2018) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-38163105



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYbc20230056 号

本次检定所使用的主要计量标准器:			证书编号	有效期至
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	校准字第	2023. 05. 11
仿组织超声体模	(5~10) MHz	$\pm 0.1\text{mm}$	202005002922 号	
仿组织超声体模	(0~4) MHz	$\pm 0.1\text{mm}$	校准字第 202005002918 号	2023. 05. 11
超声功率计	频率: (0.5~10) MHz; 功率: (1~100) mW	$\pm 10\%$	校准字第 202203010219 号	2023. 03. 30

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司 B 超室

温度:	25℃	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

外观及一般工作性能检查: 合格

仪器档次		探头型号		腹部探头		
C 档		扫描方式		凸阵		
探头频率		探测深度		170 (mm)		
输出声强		盲区		3 (mm)		
患者漏电流		靶群深度 (mm)		30	50	70
侧、轴向分辨力		侧向 (mm)		2	2	2
		轴向 (mm)		1	1	1
				120	2	4
几何位置示值误差		纵向 1%		横向 3%		
囊性病灶直径误差		纵向 3%		横向 3%		

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。