



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20230173 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	yuwell
出厂编号	24165802
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

牛红梅

核验员

康玉斌

检定员


苏建东

检定日期 2023 年 03 月 16 日

有效期至 2023 年 09 月 15 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2018) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-38163105





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20230173 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	XYj120230055	2024. 02. 13

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司设备科

温度:	20°C	湿度:	42%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
 2. 零位: 合格
 3. 血压计的灵敏度: 合格
 4. 血压计气密性: 合格
 5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4 kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。