



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20230230 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	yuwell
出厂编号	21834076
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检定结论	合格


(检定专用章)



批准人 李红梅

核验员 康玉斌

检定员 苏建东



检定日期 2023 年 03 月 16 日

有效期至 2023 年 09 月 15 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2018) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-38163105



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号：XYxy20230230 号

本次检定所使用的主要计量标准器：

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	XYj120230055	2024.02.13

溯 源 性：本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件：

地点：延安大学咸阳医院有限公司设备科

温度：	20℃	湿度：	42%RH	其他：	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观：合格
2. 零位：合格
3. 血压计的灵敏度：合格
4. 血压计气密性：合格
5. 示值误差：允许值 ± 0.5 kPa，实际最大值-0.5 kPa。

以下空白

未经本所书面授权，不得部分复制本证书。本证书的检定结果仅对所检定器具有效。