



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20230154 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	XJ11D
出 厂 编 号	23813189
制 造 单 位	上海医疗设备股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 仲红梅
核验员 康玉斌
检定员 苏建东



检定日期 2023 年 03 月 16 日

有效期至 2023 年 09 月 15 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2018) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-38163105

证书编号：XYxy20230154 号

本次检定所使用的主要计量标准器：					
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至	
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	XYj120230055	2024. 02. 13	
溯 源 性：本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准					
检定环境条件：					
地点：延安大学咸阳医院有限公司设备科					
温度：	20℃	湿度：	42%RH	其他：	----
检定结果/数据					
1. 外观：合格 2. 零位：合格 3. 血压计的灵敏度：合格 4. 血压计气密性：合格 5. 示值误差：允许值±0.5 kPa，实际最大值-0.5 kPa。 以下空白					

未经本所书面授权，不得部分复制本证书，本证书的检定结果仅对所检器具有效。