



# 咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

## 检定证书

证书编号: XYxy20230179 号

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 送检单位    | 延安大学咸阳医院有限公司          |
| 计量器具名称  | 血压计                   |
| 型号 / 规格 | yuwell                |
| 出厂编号    | 19207142              |
| 制造单位    | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司        |
| 检定依据    | JJG 270-2008《血压计和血压表》 |
| 检定结论    | 合格                    |

(检定专用章)

批准人 钟红梅

核验员 康玉斌

检定员 苏建东

检定日期 2023 年 03 月 16 日

有效期至 2023 年 09 月 15 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2018) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: [xianyangjl@hotmail.com](mailto:xianyangjl@hotmail.com)

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-38163105



# 咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20230179 号

|                                                                                                                                                                              |            |                   |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------|
| 本次检定所使用的主要计量标准器:                                                                                                                                                             |            |                   |              |            |      |
| 名称                                                                                                                                                                           | 测量范围       | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号         | 有效期至       |      |
| 血压计智能标准器                                                                                                                                                                     | (0~40) kPa | 0.2 级             | XYj120230055 | 2024.02.13 |      |
| 溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准                                                                                                                                                 |            |                   |              |            |      |
| 检定环境条件:                                                                                                                                                                      |            |                   |              |            |      |
| 地点: 延安大学咸阳医院有限公司设备科                                                                                                                                                          |            |                   |              |            |      |
| 温度:                                                                                                                                                                          | 20°C       | 湿度:               | 42%RH        | 其他:        | ---- |
| 检定结果/数据                                                                                                                                                                      |            |                   |              |            |      |
| <div>1. 外观: 合格</div> <div>2. 零位: 合格</div> <div>3. 血压计的灵敏度: 合格</div> <div>4. 血压计气密性: 合格</div> <div>5. 示值误差: 允许值<math>\pm 0.5</math> kPa, 实际最大值-0.2 kPa。</div> <div>以下空白</div> |            |                   |              |            |      |

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。