



咸阳市计量测试所



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240438 号

送检单位 延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称 儿童血压计
型号/规格 XJ20/150-1
出厂编号 000236
制造单位 丹阳健陵
检定依据 JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论 合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240438 号

本次检定所使用的主要计量标准器:					
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至	
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31	
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准					
检定环境条件:					
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科					
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	----
检定结果/数据					
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4 kPa。 以下空白					

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。

检定证书

证书编号：XYxy20240437 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	001551
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人	宫友兰
核验员	杨富强
检定员	薛长龙

检定日期：2024 年 04 月 23 日

有效期至：2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240437 号

本次检定所使用的主要计量标准器:				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件:				
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科				
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他: ----
检定结果/数据				
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值± 0.5 kPa, 实际最大值 0.3 kPa。 以下空白				

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



检定证书

证书编号: XYxy20240436 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	000720
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)



批准人

宫友兰

核验员


杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日



计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240436 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.3 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240435号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	XJ20/150-1
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

批准人

宫友兰

(检定专用章)

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024年04月23日

有效期至 2024年10月22日

咸阳市计量测试
证书骑缝章

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000号
地址：咸阳市秦皇中路6号
EMAIL: xianyangjli@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008

证书编号: XYxy20240435 号

本次检定所使用的主要计量标准器:					
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至	
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31	
溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准					
检定环境条件:					
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科					
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	----
检定结果/数据					
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值±0.5 kPa, 实际最大值 0.1 kPa。 以下空白					

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240434 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	4
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

批准人

宫友兰

(检定专用章)

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日



计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240438 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	000236
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格



批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

咸阳市计量测试
证书骑缝章

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240434 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	4
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号


地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240434 号

本次检定所使用的主要计量标准器:				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件:				
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科				
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他: ----
检定结果/数据				
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值± 0.5 kPa, 实际最大值-0.5 kPa。 以下空白				

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240432 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	000762
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008



证书编号: XYxy20240432 号

本次检定所使用的主要计量标准器:				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件:				
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科				
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他: ----
检定结果/数据				
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值±0.5 kPa, 实际最大值 0.2 kPa。 以下空白				

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240431 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号 / 规格	XJ20/150-1
出厂编号	388296
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

批准人


宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙



计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008

证书编号: XYXJ20240431 号

本次检定所使用的主要计量标准器:				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31
溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件:				
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科				
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他: ---

检定结果/数据

1. 外观: 合格	
2. 零位: 合格	
3. 血压计的灵敏度: 合格	
4. 血压计气密性: 合格	
5. 示值误差: 允许值±0.5 kPa, 实际最大值0.2 kPa。以下空白	



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240430 号

送检单位 延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称 儿童血压计
型号 / 规格 XJ20/150-1
出厂编号 004824
制造单位 无锡医疗
检定依据 JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论 合格

批准人

宫友兰

(检定专用章)

核验员

杨富强

检定员

薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

电话：029-33213535

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

邮编：712000

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

传真：029-32209008



证书编号：XYxy20240430 号

本次检定所使用的主要计量标准器：				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31
溯 源 性：本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件：				
地点：延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科				
温度：	24℃	湿度：	50%RH	其他：---
检定结果/数据				
1. 外观：合格 2. 零位：合格 3. 血压计的灵敏度：合格 4. 血压计气密性：合格 5. 示值误差：允许值± 0.5 kPa，实际最大值 0.4 kPa。 以下空白				

未经本所书面授权，不得部分复制本证书。本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240429 号

送检单位 延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称 儿童血压计
型号/规格 XJ20/150-1
出厂编号 00051
制造单位 丹阳健陵
检定依据 JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论 合格

(检定专用章)

批准人

核验员

检定员

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangji@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008

证书编号: XYxy20240429 号

本次检定所使用的主要计量标准器:					
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至	
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31	
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准					
检定环境条件:					
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科					
温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	----
检定结果/数据					
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值±0.5 kPa, 实际最大值 0.3 kPa。 以下空白					

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240428 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号/规格	XJ20/150-1
出厂编号	0001900058
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240428 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	-----	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

- 外观: 合格
- 零位: 合格
- 血压计的灵敏度: 合格
- 血压计气密性: 合格
- 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.3 kPa。
以下空白



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

试
id Tes

检定证书

证书编号: XYxy20240433 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	儿童血压计
型号/规格	XJ20/150-1
出厂编号	0015200056
制造单位	丹阳健陵
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号：XYxy20240433 号

本次检定所使用的主要计量标准器：

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性：本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件：

地点：延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度：	24℃	湿度：	50%RH	其他：	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观：合格
2. 零位：合格
3. 血压计的灵敏度：合格
4. 血压计气密性：合格
5. 示值误差：允许值 ± 0.5 kPa，实际最大值-0.5kPa。

以下空白

未经本所书面授权，不得部分复制本证书，本证书的检定结果仅对所检定器具有效。