



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240236 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
 2. 零位: 合格
 3. 血压计的灵敏度: 合格
 4. 血压计气密性: 合格
 5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2 kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240372 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	21311086
制造单位	上海医疗器械股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240372 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.5kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书. 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240371 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	34261560
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240371 号

检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
电子智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240370 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	28734415
制造单位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人

宫友兰

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号


地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240370 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.5kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240369 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	22302073
制 造 单 位	上海医疗器械股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008

咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240369 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	-----	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240368 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	18212162
制 造 单 位	上海医疗器械股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强


检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240368 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240367 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	24928962
制造单位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强


检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240367 号

定所使用的主要计量标准器:

称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

环境条件:

址: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书. 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240366 号


送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	22615265
制 造 单 位	上海医疗器械股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008