



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240358 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	22302737
制造单位	上海医疗器械股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing


检定证书

证书编号: XYxy20240278 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	28644617
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2023) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240278 号

检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

定环境条件:

1点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
 2. 零位: 合格
 3. 血压计的灵敏度: 合格
 4. 血压计气密性: 合格
 5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2 kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240273号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	14829110
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)


批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙

检定日期 2024年04月23日

有效期至 2024年10月22日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000号
地址：咸阳市秦皇中路6号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240273 号

定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	-----	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.2 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240270 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	22507486
制造单位	玉兔
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2023) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240270 号

检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

定环境条件:

点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	-----	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.2 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing


检定证书

证书编号：XYxy20240269 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	30497500
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240269 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing


检定证书

证书编号：XYxy20240268号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	2487234
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙



检定日期 2024年04月23日

有效期至 2024年10月22日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路6号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240268 号

检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
电子血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	——
-----	------	-----	-------	-----	----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240267 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	30497136
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008

咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240267 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	—
-----	------	-----	-------	-----	---

检定结果/数据

1. 外观: 合格
 2. 零位: 合格
 3. 血压计的灵敏度: 合格
 4. 血压计气密性: 合格
 5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.5 kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所
Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240266 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	29287658
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008

咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240266 号

书的主要计量标准器:			证书编号	有效期至
测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差			
准 (0~40) kPa	0.2 级		YP20240265J	2025. 01. 31

本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

条件:

安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

外观: 合格

零位: 合格

血压计的灵敏度: 合格

血压计气密性: 合格

示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240263 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	34418598
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙

(检定专用章)

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

咸阳市计量测试所
证书骑缝章

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjil@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-32209008

咸阳市计量测试所



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240263 号

所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计标准	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

环境条件:

延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	-----	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

- 外观: 合格
- 零位: 合格
- 血压计的灵敏度: 合格
- 血压计气密性: 合格
- 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2 kPa。
以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240262 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	26628512
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕) 法计 (2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008

咸阳市计量测试所
证书骑缝章

咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240262 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	
-----	------	-----	-------	-----	--

检定结果/数据

1. 外观: 合格
 2. 零位: 合格
 3. 血压计的灵敏度: 合格
 4. 血压计气密性: 合格
 5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.2 kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240261号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	28644633
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024年04月23日

有效期至 2024年10月22日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000号


地址：咸阳市秦皇中路6号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240261 号

所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

环境条件:

: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 -0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书。本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240260 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	28644413
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)


批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日



计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008

咸阳市计量测试所
Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240260 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	—
-----	-----	-----	-------	-----	---

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4 kPa。
以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号：XYxy20240259 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	28644627
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检 定 结 论	合 格

(检定专用章)

批准人 宫友兰

核验员 杨富强

检定员 薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号

地址：咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-32209008

